MICROCRE 研润光机

2NJ 双传感器扭矩扳子检定仪

产品资料摘要

型号 2NJ 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

2NJ系列扭矩扳手检定仪是检测扭矩扳手的专用检定设备。 1、2NJ系列扭矩扳手检定仪精度等级：±1%； 2、该产品为双传感器扭矩扳手检定仪； 3、该产品以右旋方向检验出厂。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型 号	量程 | 质量(kg) | 最大有效力(mm) | 外形尺寸(mm) | 套筒孔(mm) | 结构形式 | 备注
(N．m)	(lbf．ft) | 长 | 宽 | 高
2NJ-100	1-100 | 0.73-73.8 | ≤25 | 500 | 650 | 348 | 300 | 10,12.5
2NJ-300	3-300 | 2.21-221.4 | ≤25 | 700 | 866 | 348 | 300 | 12.5,20
2NJ系列扭矩扳手检定仪精度等级	±1%

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/2NJ.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。