MICROCRE 研润光机

2WAJ 阿贝折射仪

产品资料摘要

型号 2WAJ 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

2WAJ阿贝折射仪测定液体或固体的折射率nD平均色散（nF-nC）和糖水溶液中干固物的质量分数即锤度Brix，可用于制糖、制药、饮料、石油、食品、化工工业生产、科研、教学部门的检测分析。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
折射率nD	1.3000~1.7000
准确度	±0.0002
糖溶液质量分散(Brix)	0-95%
最小分度值	0.25（糖度）0.0005（折射率）
仪器重量	2.6kg
仪器尺寸	200×100×240(mm)

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/2WAJ.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。