MICROCRE 研润光机

722N 可见分光光度计

产品资料摘要

型号 722N 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
波长范围	325~1000nm
波长准确度	±2nm
波长重复性	1nm
光谱带宽	4nm
透射比准确	≤ 0.5%T
透射比重复	0.2%T
透射比范围	0~200%T

参数项目	原站列示数值或说明
吸光度范围	-0.301~3A
浓度显示范围	0~9999
杂散光	0 ≤ .1%T
稳定性	±0.001A/H
输出接口	RS-232
打印机	选配
专用软件	选配

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/722N.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。