MICROCRE 研润光机

835-H1 红外测温测湿仪

产品资料摘要

型号 835-H1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	-50 ~ +600 °C
测量精度	±(0.5 °C + 0.5 %测量值)
分辨率	0.1 °C
红外测温范围	-30 ~ +600 °C
红外测温精度	±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C) ±1.5 °C (-20.0 ~ -0.1 °C) ±1.0 °C (0.0 ~ +99.9 °C) ±1 %测量值 (其余量程)
红外分辨率	0.1 °C
湿度测量范围	0 ~ 100 %RH

参数项目	原站列示数值或说明
直径	193 x 166 x 63 mm
操作温度	-20 ~ +50 °C
外壳	ABS + PC
发射率表	可存储20种发射率
激光点	开 / 关
标准	EN 61326-1:2006
保修	1年
单次报警	声音报警; 光学式
背光灯	30 sec*

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/835-H1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。