MICROCRE 研润光机

845 红外测温仪

产品资料摘要

型号 845 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	-35 ~ +950 °C
测量精度	±0.75 °C (-35 ~ +75 °C) ±1 %测量值 (+75.1 ~ +950 °C)
分辨率	0.1 °C
红外测温范围	-35 ~ +950 °C
红外测温精度	±2.5 °C (-35 ~ -20.1 °C) ±1.5 °C (-20 ~ +19.9 °C) ±0.75 °C (+20 ~ +99.9 °C) ±0.75 %测量值 (+100 ~ +950 °C)
红外分辨率	0.1 °C
直径	155 x 58 x 195 mm

参数项目	原站列示数值或说明
操作温度	-20 ~ +50 °C
外壳	black/gray, metal screen
测量比例	t95：150ms 扫描最大 / 最小 / 报警限值：100ms
远场光学分辨率	75:1 16 mm @ 1200 mm (90%)
近焦光学分辨率	1 mm @ 70 mm (90%)
保修	1年
电池类型	2AA电池
电池寿命	25小时（不用激光）; 10 小时（激光瞄准，关闭背光灯）; 5 小时（激光瞄准，50%背光灯）
存放温度	-40 ~ +70 °C

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/845.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。