MICROCRE 研润光机

AA6810 原子吸收分光光度计

产品资料摘要

型号 AA6810 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

AA6810 原子吸收分光光度计 性能特点： 1.石墨炉可视系统：动态监视干燥、灰化、原子化过程，直观控制进样深度和位置。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
石墨炉可视系统	动态监视干燥、灰化、原子化过程，直观控制进样深度和位置。
火焰识别可靠性	传感器通过采样火焰温度来识别，消除了外界光源对传感器的干扰。
点火安全保障	计算机控制自动点火，确保在满足安全的前提下才能完成点火，当火焰非正常熄灭时，将自动报警，同时自动切断燃气。
可加装笑气功能	测量范围更广，满足不同行业的个性化需求。
快速分析及测试	一分钟同时分析测试4-6个元素，一次进样多个元素同时显示结果。45/85位自动进样器的配置，更是极大的加快了分析和测试的时间。

参数项目	原站列示数值或说明
波长范围	190nm-900nm
波长重复性	±0.1nm
波长准确性	±0.2nm
吸光度范围	0-2.5A
光谱带宽	0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/2.0nm（4/6档可选）
分辨率	带宽0.2nm时可分开锰双线（279.5和279.8），谷峰能量比<20%
静态基线漂移	≤0.002A/30min（Cu）
带宽	0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/2.0nm（6档可调）
灯架	6个
气体流量控制	自动
火焰状态实时监测	具备

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/AA6810.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。