MICROCRE 研润光机

F93A 荧光分光光度计

产品资料摘要

型号 F93A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

数显； 发射波长； Em 340-650nm； 波长准确度: ±2nm； 波长重复性: Em 1nm； 灵敏度: 1×10-9g/ml(硫酸奎宁)； 另增加三组激发波长(406nm、480nm、525nm)



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
波长准确度	±2nm
波长重复性	Em 1nm
灵敏度	1×10-9g/ml(硫酸奎宁)

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/F93A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。