MICROCRE 研润光机

GC9310-KQ 室内空气检测气相色谱仪

产品资料摘要

型号 GC9310-KQ 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
主要操作流程	采用专用大气取样仪在要检测的地点以500ml/min的流量通过Tenax管取样20分钟，此过程称为吸附。然后把此Tenax管放入解吸仪中，此过程称为解吸。解吸出来的样品由载气带入色谱柱，经色谱柱分离后进入检测器，然后通过色谱专用工作站进行数据的采集和管理

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/GC9310-KQ.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。