
GQH-T99 单组份常量红外线气体分析仪

产品资料摘要

型号 GQH-T99 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

GQH-T99型红外单组份常量分析仪（CO、CO2、CH4）选用半导体红外检测器，采用负滤光红外分析技术，能时时分析被测气中CO、CO2、CH4浓度的工业用在线自动分析仪。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量组份	CO、CO2、CH4
测量量程	0～30% 范围内任选
仪器精度	1级
响应时间	≤60秒
重现性	不大于满量程的±1.5%
稳定性	每60小时连续测定，其指示值对基点的漂移不大于满量程的±1%

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/GQH-T99.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。