MICROCRE 研润光机

HR-150A 手动洛氏硬度计

产品资料摘要

型号 HR-150A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

洛氏硬度计是一种普及型的洛氏硬度测试仪器，适用于金属材料的洛氏硬度试验。本系列洛氏硬度机操作简便迅速，性能稳定，使用广泛。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
操作方式	手动
洛氏标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK
初试验力	98.07N (10kgf)
总试验力	588N(60kgf),980N(100kgf),1471N(150kgf)
读数方式	金属表盘
硬度分辨率	0.5HR

参数项目	原站列示数值或说明
试件最大高度	170mm
压头中心距离	135mm
数据输出	无
试验力保持时间(S):	人为控制
转换标尺	无
硬度测量范围	HRA:20-88,HRB:20-100,HRC:20-70
执行国家标准	GB/T230.2国家标准,JJG112检定规程
壳体工艺及	铸造壳体
外形尺寸	466×238×630mm
电源	无

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HR-150A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。