MICROCRE 研润光机

HRS-150MJ 加高型触摸屏数显洛氏硬度计

产品资料摘要

型号 HRS-150MJ 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

HRS-150MJ加高型触摸屏数显洛氏硬度计属于自动型洛氏硬度计，外观新颖,触摸屏幕显示,菜单式结构,采用微机控制,硬度值以数字直接显示.硬度测试结果可以直接打印输出,消除了操作和读数误差。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
产品型号	HRS-150MJ
操作方式	触摸屏数显
洛氏标尺	HRA、HRB、HRC、(选配HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK 、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV)
初试验力	98.07N (10kgf)
总试验力	588N(60kgf)，980N(100kgf)，1471N(150kgf)

参数项目	原站列示数值或说明
读数方式	触摸屏液晶显示
硬度分辨率	0.1HR
试件最大高度	400mm
压头中心距离	165mm
数据输出	内置微型打印机
试验力保持时间(S):	机器设定0～60秒，最小变动量1秒
转换标尺	HRC、HV、HK、HBW、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HRB、HRF
硬度测量范围	HRA:20～88 ,HRB:20～100 ,HRC:20～70
执行国家标准	GB/T230.2国家标准，JJG112检定规程
丝杆直径	外径Φ42mm
大平台直径	Φ150mm

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HRS-150MJ.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。