MICROCRE 研润光机

# HV-20 维氏硬度计

产品资料摘要

型号 HV-20 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 产品型号 | HV-20 |
| 八档力(Kgf) | 2、3、5、8、10、12、15、20 |
| 试验力加载 | 自动(加卸/保持/卸载) |
| 试验力加载速度 | 0.2mm/s |
| 符合标准(精度) | GB/T4340.2国家标准、JJG151检定规程； |
| 测微目镜倍率 | 10X (机械目镜) |
| 最小检测单位 | 0.5μm(可选配0.25μm) |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 测微目镜移动方式 | 0.4螺距螺杆 |
| 测量数据采集方式 | 手动采集 |
| 测量数据计算方式 | 自动计算 |
| 物镜倍率 | 10X(观察)、20X（测量） \| 10X(观察、测量） |
| 总放大倍率 | 100X(观察)、200X（测量） \| 100X(观察、测量） |
| 硬度值显示方式 | 电子小屏幕(120×22mm) |
| 塔台控制方式 | 手动控制 |
| 转换标尺 | HV、HK、HBW、HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T/30T/45T |
| 内置打印机 | 无 |

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HV-20.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。