MICROCRE 研润光机

# HV-30 维氏硬度计

产品资料摘要

型号 HV-30 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 型号 | HV-30 |
| 转塔方式 | 手动转塔 |
| 加载机构 | 砝码加载 |
| 升降机构 | 精密梯形丝杆 |
| 硬度值显示方式 | LCD 屏 |
| HV-30试验力 | (30Kg):1kgf、3kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf； |
| 转换标尺 | HV、HK、HBW、HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 试验力加载 | 全自动（加载 / 保荷 / 卸载） |
| 执行国家标准 | GB/T4340 国家标准，ISO6507 质量认证，ASTM 标准 |
| 理论硬度测量范围 | 8 - 3000HV |
| 目镜倍率 | 10X（机械目镜） |
| HV-30物镜倍率 | (30Kg、50Kg):10X（观察、测量） |
| HV-30总放大倍数 | (30Kg、50Kg):100X（观察、测量） |
| 读数方式 | 鼓轮读数 |
| 计算方式 | 自动计算 |
| 最小检测单位 | 1μm |

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HV-30.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。