MICROCRE 研润光机

ICPE-9000 等离子体发射光谱仪

产品资料摘要

型号 ICPE-9000 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

该方法使用高频电感耦合等离子体作为光源，非常适用于溶液样品的分析。由于近些年样品分析数量和元素分析种类的增加，ICP以其速度和正确度受到了高度关注。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
炬管组件	轴向观察（轴向和纵向切换可供选择）
等离子炬管	无论是小炬管（标准附件）或标准炬管都可使用。
雾化器	同轴型
振荡器	晶体振荡器
晶体振荡器	1.6 kW
射频电路原件	晶体管原件

参数项目	原站列示数值或说明
点火方式	自动
负载匹配	自动匹配
温度	18到28（温度改变速率：2 度 /h 或更低）
湿度	20 to 70%
主机	单相200/220/230/240V 10%（最大250V）
自动进样器	ASC-6100F：单相100-240V 10% 50/60Hz 1A（选购）
超声波雾化器UAG-1	单相100V 10% 50/60Hz 10A（备用）
氢化物发生器	HVG-ICP: Single-phase 100V 10% 50/60Hz 2A (选购)
阻抗	30欧姆以下的独立接地
类型	99.95%的氩气或者纯度更高，氩气供应气压是45010 kPa，约7立方米的气瓶，每8小时的运行需要。氩气分析消耗率为0.74立方米/小时，标准配置。

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ICPE-9000.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。