MICROCRE 研润光机

KF-1A 水分测定仪

产品资料摘要

型号 KF-1A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

KF-1A水分测定仪为卡尔费休（Kari Fishcher）滴定法测定水分的仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	0.01%~100%
分辨率	0.05ml
滴定流量	0.01ml/s
显示方式	数显
示值误差	<=3%
电源	220V/50HZ

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/KF-1A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。