MICROCRE 研润光机

LC-2 冷凝点抽滤器

产品资料摘要

型号 LC-2 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器是根据中华人民共和国行业标准SH/T 0248-2006《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》规定的要求设计制造的，适用于按SH/T0248-2006标准规定的测定方法、再配以冷浴等其它装置，测定馏分燃料，包括含有流动性改进剂或其它添加剂，供柴油发动机和民用取暖装置使用的燃料的冷滤点。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名称 | 单位 | 数量 | 备注
10	硅胶管（内径Φ2，壁厚0.75㎜） | 米 | 0.75 | 与医用针筒配合用
11	保险丝 2A（Φ5×20） | 只 | 2 |
12	温度计 -80℃ ~ +20℃，分度1℃ | 支 | 1 | GB/T 514 编号:GB-36
温度计 -38℃ ~ +50℃，分度1℃	支 | 1 | GB/T 514 编号:GB-36

参数项目	原站列示数值或说明
13	密封脂 | 瓶 | 1 | 用于瓶塞、弯管等密封
14	生料带 | 盒 | 1 | 用于各弯管等密封
15	使用说明书 | 份 | 1 |
16	合格证书 | 份 | 1 |
17	产品保修卡 | 份 | 1
本仪器特点是	按照SH/T 0248-2006标准设计，流量计显示抽滤量，特殊的抽滤结构设计，确保抽滤试验的成功。
工作电源	AC(220±10%)V、50Hz。
抽气压力	U型管压差计1961Pa（200㎜H20）。
试杯	玻璃、平底、圆形，内径31.0㎜～32.0㎜，壁厚(1.0～1.5)㎜，杯高(115～125)㎜，杯上45ml处有一刻度线。
过滤器	黄铜材料制成，过滤网网孔尺寸45um(330目)。
工作环境	环境温度-10℃～+35℃；相对湿度≤85%。

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/LC-2.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。