MICROCRE 研润光机

MMAS-15 金相显微镜测量分析系统

产品资料摘要

型号 MMAS-15 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MMAS-15无限远金相显微镜测量分析系统适用于对不透明物体的显微观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念，可以方便升级系统，实现偏光观察、暗场观察等功能，紧凑稳定的高刚性主体，充分体现了显微操作的防振要求。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	大视野 WF10X(Φ22mm)
物镜	无限远平场消色差物镜PL 5X/0.12，工作距离：26.1mm
放大倍数	50~800X
目镜筒	三目镜,倾斜30度,100%通光摄影
落射照明系统	6V30W卤素灯,亮度可调
调焦机构	粗微动同轴调焦, 微动格值:0.7μm,粗动松紧可调，带锁紧和限位装置
转换器	五孔(内向式滚珠内定位)；

参数项目	原站列示数值或说明
载物台	三层机械移动式(尺寸:280mmX270mm,移动范围:204mmX204mm)
外形尺寸	510*535*250
配备系统	主机+MMAS数据处理系统1套+MOS光学系统一套+电脑一套
观察系统	大三通光学系统，30度倾斜，可自由切换目视与电脑观察。可选配的平场广角目镜，视场范围直径22mm。
机械载物台	大范围三层机械式载物台，尺寸280*270mm；移动范围204*204mm。
选配的暗场观察系统	可选配12V50W卤素灯进行暗场观察，选配的明暗视场物镜与暗视场照明装置，消除了照明系统的有害光线。
分化目镜	10X（直径22mm），格值0.1mm/格
明视场选配物镜	PLL40X/0.6（工作距离3.98）、PLL60X/0.7（工作距离2.08）、PLL100X/0.85（干式、工作距离0.4）
明暗视场选配物镜	PLL5X/0.12（工作距离8.05）、PLL10X/0.25（工作距离7.86）、PLL20X/0.4（工作距离7.23）、PLL40X/0.6（工作距离3.0）、PLL50X/0.7（工作距离1.75）、PLL60X/0.7（工作距离1.65）、PLL80X/0.8（工作距离0.8）、PLL100X/0.85（工作距离0.4）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MMAS-15.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。