MICROCRE 研润光机

MY-1 光谱砂带磨样机

产品资料摘要

型号 MY-1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MY-1型光谱砂带磨样机 在试样制样过程中，试样磨平是光谱测量前必不可缺少的重要工序。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	型号 |
mm; 长度	920mm

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MY-1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。