
NJT 标准扭矩扳子

产品资料摘要

型号 NJT 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

NJT系列标准扭矩扳子介绍:目前各类扭矩扳手在诸多行业中得到了广泛的应用，作为扭矩扳手的计量检定器具扭矩扳手检定仪也相应的被广泛应用。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	型号 | 检测范围(N.m) | 精度等级
10	NJT2000 | 400~2000
11	NJT3000 | 600~3000
NJT系列标准扭矩扳子介绍	目前各类扭矩扳手在诸多行业中得到了广泛的应用，作为扭矩扳手的计量检定器具扭矩扳手检定仪也相应的被广泛应用。但是目前扭矩扳手检定仪仍然使用砝码杠杆吊挂的方法进行检定和校准工作，这种方法使得检定仪的检定和校准工作带来了不便。2013年国家计量部门对《JJG797-1992扭矩扳子检定仪检定规程》进行了修订，标准扭矩扳子以一种用来对扭矩扳子检定仪进行量值传递的高准确度扭矩扳子被规定为扭矩扳子检定仪检定用设备。
一、外观结构及其构成	它由扭矩数显仪、高精度传感器、扳手头和扳手杆四部分组成，高精度传感器安装固定在扳手头上与扳手头成为一体，扳手杆与扳手头通过弹销结构对接组成扳手结构部分，高精度传感器与扭矩数显仪组成扭矩采集处理部分。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	满量程的20% ~ 100%
精度等级	0.1级、0.3级
工作温度	20℃±5℃
相对湿度	≤ 80%
供电电源	220VAC/50Hz

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/NJT.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。