MICROCRE 研润光机

SYD-11143 润滑油锈蚀测定仪

产品资料摘要

型号 SYD-11143 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 11143《加抑制矿物油在水存在下防锈性能试验法》所规定的要求设计制造的。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名 称 | 单位 | 数量
10	温度传感器 | 只 | 1
11	电源线（250V10A） | 根 | 1
12	温度计挡圈（1#） | 只 | 4
13	浴盖 | 只 | 4
14	使用说明书 | 份 | 1

参数项目	原站列示数值或说明
15	温控仪使用说明书 | 份 | 1
16	定时器使用说明书 | 份 | 1
17	合格证书 | 份 | 1
18	产品保修卡 | 份 | 1
电源电压	AC(220±10%)V、50Hz
控温范围	(0 ~ 100)℃
控温精度	±1℃
温度传感器	工业铂电阻，分度号Pt100
温度显示方式	数字显示
控时范围	1分 ~ 24小时任意设置

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SYD-11143.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。