MICROCRE 研润光机

SYD-1884 石油产品密度试验器

产品资料摘要

型号 SYD-1884 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器是依据中华人民共和国标准GB/T 1884-2000《石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》所规定的要求设计制造的，是本公司近期研制的液体石油产品密度试验器，适用于测定原油和液体石油产品的密度。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名 称 | 单位 | 数量
10	试样筒夹持器 | 件 | 2
11	使用说明书 | 份 | 1
12	温控仪使用说明书 | 份 | 1
13	产品合格证 | 份 | 1
14	产品保修卡 | 份 | 1

参数项目	原站列示数值或说明
本仪器特点是	配以500ml试管，可节约试样50%；采用轻触键和液晶显示屏，凸显仪器技术先进和高档；全喷塑处理，防腐性能优越，经久耐用。
工作电源	AC（220±10%）V、50Hz。
浴缸容积	Φ300㎜×340mm（直径×高）。
试管容量	500ml。
加热功率	700W，1000W。
⑴ 控温范围	（室温+5）℃～100℃。
⑵ 控温精度	±0.2℃。
⑶ 温度传感器	工业铂电阻，其分度号为Pt100。
温度计	分度值为0.2℃的全浸水银温度计。
外形尺寸	560㎜×380㎜×580㎜（长×宽×高）。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SYD-1884.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。