MICROCRE 研润光机

SYD-260A 石油产品水份试验器

产品资料摘要

型号 SYD-260A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/ T 260《石油产品水分测定法》规定的要求设计制造的，适用于按GB/T 260标准规定的试验方法测定石油产品中的水分含量。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名称 | 单位 | 数量 | 备 注
10	进水管连接头 | 只 | 1 |
11	三通组件 | 副 | 1 | 用于进水分路
12	使用说明书 | 份 | 1 |
13	产品合格证 | 份 | 1 |
14	产品保修卡 | 份 | 1 |

参数项目	原站列示数值或说明
工作电源	AC(220±10%)V，50Hz。
电炉加热功率	1000W×2。
加热控制	双向可控硅无级调压控制。
环境温度	≤35℃。
相对湿度	≤85%。
整机功耗	不大于2200W。
外形尺寸	430mm×320mm×700mm（长×宽×高、含立柱）。
（注	根据用户需要，可以定制无明火的电热套型）

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SYD-260A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。