MICROCRE 研润光机

SYD-261-1 闭口闪点试验器

产品资料摘要

型号 SYD-261-1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器是按照中华人民共和国国家标准GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于按GB/T 261-2008标准所规定的方法，测定闪点高于40℃的石油产品的闭口杯法闪点。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名 称 | 单位 | 数量 | 备 注
本仪器特点是	升温速率准确，符合GB/T 261-2008标准要求
工作电源	AC(220±10%)V,50Hz。
（1）步骤	（5～6）℃/min
（2）步骤	（1～1.5）℃/min
⑵传动方式	软轴联结。

参数项目	原站列示数值或说明
⑶搅拌叶片规格	8mm×40mm。
搅拌速度	符合GB/T 261-2008标准要求。
⑴ 引火源	煤气（或其它民用可燃气，下同）。
⑵ 引火器孔径	(0.7～0.8)mm。
测温度探头	Pt100
环境温度	≤35℃。
相对湿度	≤85%。
整机功耗	不大于650W。
外形尺寸	340mm×330mm×380mm（长×宽×高）。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SYD-261-1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。