MICROCRE 研润光机

SYD-268 康氏法石油产品残炭试验器

产品资料摘要

型号 SYD-268 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 268《石油产品残炭测定法（康氏法）》所规定的要求设计制造的，适用于按此标准所规定的方法测定石油产品经蒸发和热解后留下的残炭量，以提供石油产品相对生焦倾向的指标。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名 称 | 单位 | 数量
10	使用说明书 | 份 | 1
11	产品合格证 | 份 | 1
12	产品保修卡 | 份 | 1
瓷坩埚	矮型，容量约30ml。
内铁坩埚	容量(75±5)ml，表面镀黑。

参数项目	原站列示数值或说明
外铁坩埚	容量(190±10)ml，带盖、表面镀黑。
三脚架	铁制，表面镀镍铬抛光，高(250±10)㎜，环径Φ(130±5)㎜。
遮焰体	中孔上口直径Φ(90±2)㎜，下口直径Φ(82±2)㎜。
圆铁罩	下部高(50～53)㎜，中间圆锥体高(25±2)㎜，在上部圆管的顶端焊有Φ3㎜铁丝变成口形的火桥，高(50±3)㎜，用作火焰的最大高度指示器，表面镀黑。
喷灯	采用煤气喷灯。
外形尺寸	Φ130㎜×400㎜（底部环径×高）

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SYD-268.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。