MICROCRE 研润光机

SYD-3536-1 克利夫兰开口闪点试验器

产品资料摘要

型号 SYD-3536-1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器是于按照中华人民共和国标准GB/T 3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于测定除燃料油和开口闪点低于79℃外的石油产品和沥青的闪点和燃点。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名称 | 单位 | 数量 | 备注
10	产品保修卡 | 份 | 1 |
本仪器特点是	升温速率准确，仅需人工观察闪点是否出现，其余均由仪器自动完成，仪器的性价比高。
工作电源	AC（220±10%）V、50Hz。
加热装置	电炉加热，无明火，防爆，功率（0～600）W连续可调，最高加热温度400℃。

参数项目	原站列示数值或说明
温度控制	单片机温度控制，升温速率符合GB/T 3536-2008标准要求。
温度显示	液晶屏显示各种温度参数，显示值（0～400）℃，精度0.1℃。
划扫装置	自动扫划。
温度传感器	PT100铂电阻温度传感器。
⑴ 引火源	煤气（或其它民用可燃气）
⑵ 喷口孔径	约0.8㎜。
环境温度	(-10～50)℃。
相对湿度	≤85%。
整机功耗	不大于650W。
外形尺寸	340㎜×320㎜×450㎜（长×宽×高、含传感器）。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SYD-3536-1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。