MICROCRE 研润光机

SYD-6536 石油产品蒸馏试验器

产品资料摘要

型号 SYD-6536 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 6536《石油产品蒸馏测定法》规定的要求设计制造的，适用于按GB/T 6536的标准对汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名 称 | 单位 | 数量
10	保险丝10A（Φ5×20） | 只 | 2
11	观察窗玻璃 | 块 | 1
12	冷凝管出口档盖 | 块 | 1
13	拉绳 | 根 | 1

参数项目	原站列示数值或说明
14	试验平台（垫在玻璃缸下）｜件｜1
15	使用说明书｜份｜1
16	合格证书｜份｜1
17	产品保修卡｜份｜1
工作电源	AC(220±10%)V、50Hz
量筒容积	100ml，分度1ml。
蒸馏烧瓶	125mL，符合GB/T 6536的要求。
温度计	全浸棒式，刻度范围分别(-2 ~ 300)℃、(-2 ~ 400)℃。
电炉活动板	碳化硅板制造，孔径分别为φ32㎜、φ38㎜、φ50㎜。
环境温度	室温 ~ +35℃
相对湿度	≤ 85%。

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/SYD-6536.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。