MICROCRE 研润光机

TKM-459 超声波硬度计

产品资料摘要

型号 TKM-459 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
负载	50 N（标准探头）
测量范围	HV240 - 940、 HRC20 - 70 、HB100 - 450
测量精度	HV:3%、HRC：1.5%、HB：4%
测量显示	背光液晶显示
存储	可存储6000个测量值
校正值存储	35
测量方向	全方向自由测量

参数项目	原站列示数值或说明
数字显示测量值	最大值、最小值、平均值、标准偏差和测量次数
硬度制	布氏、洛式、维氏相互转换
可选择探头	5种可选择探头
主要测量材料	主要用来测量钢材，使用标准测试块校准后可用于高合金、特殊铸铁、非铁金属的测量
工作环境	-10℃-40℃
数据接口	通讯线缆可连接电脑
电源	220V-240V
电池	充电电池
尺寸	150 x 80 x 30 mm

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/TKM-459.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。