MICROCRE 研润光机

WZS-20/200 浊度计

产品资料摘要

型号 WZS-20/200 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

WZS-20、200浊度计利用光的散射原理，用于测量悬浮于水或者透明液体中不溶性颗粒物质而产生的光散射程度来定量被测溶液的浊度值。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	0-20NTU
最小示值	0.01以内
基本误差	±2.5%以内(F-S)
重复性误差	<=1.5%
零点漂移	<=0.2
示值误差	±3%以内

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/WZS-20200.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。