MICROCRE 研润光机

XGP-200 全自动旋光仪

产品资料摘要

型号 XGP-200 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

XGP-200全自动旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测定，可以确定样品的浓度、纯度、糖度或含量。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量模式	旋光度、比旋度、浓度、糖度
校正方法	无
测量范围	旋光度±89.99°糖度±257°Z
示值误差	±0.01°（-45° ≤ 旋光度 ≤ +45°时），±0.02°（旋光度 < -45°或旋光度 > +45°时）
最小读数	0.001（旋光度）
重 复 性	（标准偏差s）0.002°（旋光度）
可测样品最低透过率	1%
光源	LED冷光源+高精度的干涉滤光片

参数项目	原站列示数值或说明
工作波长	589.3nm
通信接口	USB，RS232
数据存储量	1000
显示方式	7英寸TFT真彩触摸屏
数据存储	1000组
电源	220V±22V，50Hz±1Hz，250W
仪器净重	24kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/XGP-200.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。