MICROCRE 研润光机

XTZ-E 体视显微镜

产品资料摘要

型号 XTZ-E 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

XTZ - E系列三目连续变倍 体视显微镜 变采用内斜光路的光路系统，变倍比1:6.5，变倍范围：0.7× ~ 4.5×，可选配各种目镜、辅助物镜，适用于教学生物解剖、电子工程、地质矿产、农林植保、公安刑侦、珠宝鉴定等领域的观察和研究。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
变采用内斜光路的光路系统，变倍比1	6.5，变倍范围：0.7× ~ 4.5×，可选配各种目镜、辅助物镜，适用于教学生物解剖、电子工程、地质矿产、农林植保、公安刑侦、珠宝鉴定等领域的观察和研究。
光学系统	内斜光路变倍系统,体视角13°、45°倾斜观察
变倍比	6.5:1(0.7× ~ 4.5×)
目镜	WF10×(直径20mm)
物镜	0.7× ~ 4.5×

参数项目	原站列示数值或说明
工作距离	95mm
视场范围	5.1mm ~ 33mm
双目瞳距	55mm-75mm
圆形载物台直径	直径95mm
光源	宽电压110V-220V/12V/10W 卤素灯亮度可调
广角目镜	5×/直径22，12.5×/直径18，15×/直径16，20×/直径12，25×/直径9，SWF10×超广角目镜/直径23
辅助大物镜	0.5×，0.75×，1.5×，2×
灯源	环形灯

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/XTZ-E.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。