MICROCRE 研润光机

XZ-150 表面轮廓测量仪

产品资料摘要

型号 XZ-150 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
名称	单位 | 参数 | 备注
测量 范围	轴 | mm | Φ1 ~ Φ100 |
最大加工长度	mm | 140 |
气浮 工作台	X轴导轨移动直线度 | μm/m | 0.3/80 |
X轴移动距离精度（光栅尺国产）	分辨率 | μm | 1μm |
精度	mm | 5μm / 全行程
承重	kg | 50 |

参数项目	原站列示数值或说明
X轴(工作台水平横向移动)	mm | 140 |
传感器	测针上下移动（量程） | mm | 6 |
其它	测量精度(半径误差) | % | 0.1 ~ 1 |
重复测量精度	% | 3 |
测量速度	mm/s | 0.2 ~ 0.4 | 分3档选择
电源	kW | 0.5 | 220V，50Hz
气源压力	MPa | ≥ 0.5 |
序号	名称 | 数量 | 备注
10	传感器 | 1 | 附件：含球形2件，尖形2件、斧形测头短各4件，赠送斧形测头2件，共10件。

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/XZ-150.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。