MICROCRE 研润光机

# YR-1530 手动冲击试验机

产品资料摘要

型号 YR-1530 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YR-1530冲击试验机用于测定金属材料在动负荷状态下抵抗冲击的性能，从而判断材料在动负荷作用下的质量状况。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 冲击能量 | 300J（大锤） 150（小锤） |
| 冲击速度 | 5.0m/s |
| 摆锤预扬角 | 135° |
| 试样支座跨距 | 40mm |
| 支座钳口圆角 | R1.0~1.5mm |
| 冲击刀刃圆角 | R2.0~2.5mm |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 摆锤中心至冲击点距离 | 800mm |
| 标准试样尺寸 | 10×10×55mm |
| 外形尺寸 | 1000×630×1520mm |
| 重量 | 350Kg |
| 300焦耳主机 | 1台 |
| 150J、300J 摆锤各 | 1个 |
| 内六角扳手S=12（扳钳口座压板螺钉） | 1件 |
| 支座调校器 | 1只 |
| 试样对中器 | 1只 |
| 拆卸器（换摆用） | 1件 |

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR-1530.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。