MICROCRE 研润光机

# YR-9900 ICP等离子体发射光谱仪

产品资料摘要

型号 YR-9900 ICP 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

可用于机械、钢铁、地质、冶金、稀土及磁材料、环境、医药卫生、生物、海洋、石油、化工新型材料、核工业、农业、食品商检、水质等各领域及学科的样品分析。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 分析速度 | 一分钟分析10个元素 |
| 精密度 | 相对标准偏差RSD ≤ 2% |
| 稳定性 | 相对标准偏差RSD ≤ 3%(一小时测量) |
| 测量线性范围 | (相关系数) ≥ 0.9995% |
| 检出限低 | (代表元素检出限如下表) |

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR-9900.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。