MICROCRE 研润光机

YR-9920 ICP等离子体发射光谱仪

产品资料摘要

型号 YR-9920 ICP 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YR-9920型光谱仪在整机结构与技术性能上都有了飞跃的提高。可用于地质、冶金、稀土及磁材料、环境、医药卫生、生物、海洋、石油、化工新型材料、核工业、农业、食品商检、水质等各领域及学科的样品分析。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
(1)电路类型	电容三点式自激振荡电路。
(2)工作频率	40.68MHz±0 05%
(3)频率稳定性	<0．1%
(4)输出功率	800-1200W
(5)输出功率稳定性	≤0 3%
(6)电磁场泄漏射强度	距机身30cm

参数项目	原站列示数值或说明
电场强度E	<2V / m
(2)炬管	三同心型．外径20mm的石英炬管
(1)光路	Czemy-Turme‘
(2)焦距	1000mm
(3)光栅规格	离子刻蚀全息光栅，刻线密度3600线 / mm，刻线面积：80×1 10mm
(可选用刻线密度2400线 / ram ，刻线面积	80×1 10mm)
(4)线色散率倒数	0 26nm
(5)分辩率	≤0．008nm
(6)扫描波长范围	3600线 / mm扫描波长范围：1 95-500nm
线 / mm扫描波长范围	1 95-800nm

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR-9920.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。