MICROCRE 研润光机

YRTL-8810C 高频红外碳硫分析仪

产品资料摘要

型号 YRTL-8810C 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YRTL-8810C型高频红外碳硫分析仪主要特点： 1、采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	碳：0.0001%-10.0000%(可扩至99.9999%) 硫：0.0001%-3.5000%(扩至99.9999%)
分析误差	符合GB/T20123-2006/ISO15350：2000标准
分析时间	25-60秒可调（一般在35秒左右）
高频炉	功率≥2.5kVA；频率：18MHz
电子天平	电子天平不定量称样，读数精度：0.0001g
工作环境	室内温度：10-30℃；相对湿度：小于90%
电源	要求接地良好，电压AC220V±5%；频率50Hz±2%

参数项目	原站列示数值或说明
氧气	纯度 ≥ 99.5%，输入压力0.18MPa±5%
符合GB/T20123-2006/ISO15350	2000标准
功率 ≥ 2.5kVA；频率	18MHz
电子天平不定量称样，读数精度	0.0001g
室内温度	10-30℃；相对湿度：小于90%

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YRTL-8810C.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。