MICROCRE 研润光机

ZG-ATC 笔式糖度计

产品资料摘要

型号 ZG-ATC 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

ZG-ATC笔式糖度计测定液体的糖度Brix ，可用于制糖、制药、饮料、石油、食品、化工工业生产、科研、教学部门的检测分析。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
糖度计 BRIX	HT110ATC | 0 ~ 5% Brix(糖) | 0.1%
HT111ATC	0 ~ 10% Brix(糖) | 0.1%
HT1115ATC	0-15%Brix(糖) | 0.2%
HT112ATC	0 ~ 20% Brix(糖) | 0.1%
HT113ATC	0 ~ 32% Brix(糖) | 0.2%
HT114ATC	28 ~ 62% Brix(糖) | 0.2%

参数项目	原站列示数值或说明
HT115	45 ~ 82% Brix(糖) | 0.5%
HT1150	0 ~ 50% Brix(糖) | 0.5%
HT1152ATC	1.44 ~ 1.520ND(折射率) | 0.001ND
HT117	58 ~ 92% Brix(糖) | 0.5%
HT118	0 ~ 80% Brix糖) | 0.5%
HT119	0 ~ 90% Brix(糖) | 0.5%

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZG-ATC.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。